

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר הקורן	
שם:	איש קשר: ערן שפיר
נדגם ע"י: טל סלב	דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il נייד: 052-3673227
תאריך דיגום: 06.02.2022	
שעת דיגום: 11.40	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן	
תאריך קבלה: 06.02.2022	פקס:
שעת קבלה: 14.00	
תאריך בדיקה: 07.02.2022	
תאריך דיווח: 11.02.2022	

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 203164	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	סף דיווח	ערך מרבי מותר	תוצאות	יחידת מידה	תיאור בדיקה
	SM 2540 D, E	10	15	33.0	מ"ג/ל"	TSS
	SM 5220 B, C	30	150	123	מ"ג/ל"	COD
	SM 5210B	10	15	12.5	מ"ג/ל"	BOD5
	SM 4500-Cl ⁻ B	50	280	132.8	מ"ג/ל"	כלוריד
	* SM 3500 Na B		200	100	מ"ג/ל"	נתרן



הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

** לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה