

תאריך הדפסה: 10/06/18  
תאריך אישור: 10/06/18 16:02

מאגרי אשר בע"מ בית העמק  
ד.נ.גליל מערבי 25201

**תעודת בדיקה SO18051980**

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 10/06/18

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מאגר בית העמק

תאריך קליטה: 04/06/18

תאריך דיגום: 03/06/18

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: מי מאגרים

שם דוגם: אילן שליידר 1649

שעת דיגום: 10:30

שעת הגעה: 15:30

מספר דגימה: SO18051980/1			
תוצאה	יחידה	בדיקה	
1,680			ספירה כללית ב-1 מל
< 1			א. קולי ב-100 מל
< 1	per 100 ml		סטפילוקוקוס ארוס
2	per 50 ml		מחזרי סולפיט
< 1	per 1 gr		קולסטרידיום וולשי
< 1			אנטרובקטריצה
שילי	per 100 ml		סלמונלה
44	per 100 ml		שמרים ב-100 מ"ל
4	per 100 ml		עובשים ב-100 מ"ל

**אבטחת איכות**

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
	SM 9222G	א. קולי ב-100 מל
	BASED ON ISO 21528-2	אנטרובקטריצה
	ת' 885 חלק 9	מחזרי סולפיט
	SM 9213B	סטפילוקוקוס ארוס
	SM 9260	סלמונלה
1,2	SM 9215B, C, D	ספירה כללית ב-1 מל
1	Based on: SM 9610D	עובשים ב-100 מ"ל
	ת' 885 חלק 9	קולסטרידיום וולשי
1	Based on: SM 9610D	שמרים ב-100 מ"ל

**ביאורים לבדיקות**

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
2	בהכרת משרד הבריאות

**הערות**

<p>א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.</p> <p>ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.</p> <p>ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.</p> <p>ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.</p> <p>ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.</p> <p>ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.</p> <p>ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.</p> <p>ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.</p> <p>ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.</p>
--

יוליה גורמן  
מעבדה מיקרוביאלית

**\*\* סוף תעודה \*\***