

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר אפק	
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il	תאריך דיגום: 04.09.2022
נייד: 052-3673227	שעת דיגום: 10.20
פקס:	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 04.09.2022
	שעת קבלה: 14.00
	תאריך בדיקה: 06.09.2022
	תאריך דיווח: 12.09.2022

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 207385	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	ערך מרבי מותר**	סף דיווח	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	15	10	48.0	מ"ג/ל'	TSS
	SM 5220 B, C	150	30	174	מ"ג/ל'	COD
	SM 5210B	15	10	15.9	מ"ג/ל'	BOD5
	SM 4500-CI B	280	50	309	מ"ג/ל'	כלוריד




הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה