

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר אפק	
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il	תאריך דיגום: 05.03.2023
נייד: 052-3673227	שעת דיגום: 9.10
פקס:	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 05.03.2023
	שעת קבלה: 14.00
	תאריך בדיקה: 07.03.2023
	תאריך דיווח: 13.03.2023

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 210164	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	ערך מרבי מותר**	סף דיווח	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	15	10	9.3	מ"ג/ל'	TSS
	SM 5220 B, C	150	30	<15	מ"ג/ל'	COD
	SM 5210B	15	10	3.0	מ"ג/ל'	BOD5




הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה